Dane aktualne na dzień: 08-09-2026 17:56

Link do produktu: https://redmed.pl/paski-lactate-scout-4-48-sztop-pomiar-kwasu-mlekowego-p-1448.html

Paski Lactate Scout 4 - 48 szt/op - pomiar kwasu mlekowego

Numer katalogowy	**3405-0727**
Producent	**EKF Diagnostics**
Zadzwoń i zamów:	**+48322490070**

Opis produktu

Paski testowe do analizatora Lactate Scout 4 do pomiaru stężenia kwasu mlekowego we krwi.

Opakowanie 48 (2 fiolki po 24 szt.) pasków testowych do pomiaru kwasu mlekowego

Zalecana objętość próbki (0,2 µl) jest pobierana automatycznie przez pasek testowy.

Paski testowe są tak skonstruowane, że pobrana próbka jest zamknięta i tym samym ryzyko infekcji osób trzecich jest zredukowane do minimum.

Przechowywanie

- Gwarantowany termin ważności pasków w oryginalnie zamkniętym opakowaniu wynosi 6 miesięcy. Po otwarciu pudełka należy zużyć paski w ciągu 90-ciu dni.
- Paski testowe muszą być zawsze przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Nigdy nie mieszać pasków testowych od różnego opakowania! Po wyjęciu paska z opakowania należy natychmiast zamknąć pudełko!
- Chronić paski od wilgoci, światła oraz nie przechowywać pasków zbyt długo w temperaturze powyżej +25 C. Jeżeli paski są przechowywane w lodówce (poniżej +7 C), należy pamiętać, że przed użyciem powinno się je trzymać zamknięte w opakowaniu, co najmniej przez 20 minut w temperaturze pokojowej.